



ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2018-326	REFERENCIA PS/SM/46181
PRODUCTO Equipos CEREC AC/AF/AI con Omnicam.	
FINALIDAD PREVISTA Equipos para la construcción asistida por PC de restauraciones dentales con cámara Omnicam, que es un sistema de exploración optoelectrónico de alta precisión para la toma de impresiones sin contacto.	
FABRICANTE Sirona Dental Systems GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Henry Schein España S.A., Avda. de la Albufera 153, 28038 Madrid.	
ASUNTO Inclusión de nuevas advertencias en el manual de usuario de estos equipos, debido a que la cámara CEREC Omnicam utiliza luz pulsada, que en casos excepcionales podría provocar ataques epilépticos. Por tanto, los pacientes a los que se haya diagnosticado epilepsia no deben someterse a tratamiento con CEREC Omnicam y los odontólogos y asistentes a los que se haya diagnosticado epilepsia no pueden trabajar con CEREC Omnicam.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	