



ALERTAS DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA	FECHA
2018-026	PS/SHC/42856	12/01/2018
PRODUCTO Implante dental MTX® totalmente recubierto™ (modelo Tapered Screw-Vent)		
Nº REFERENCIA Y LOTE Referencia TSVTB11 (Implante Tapered Screw-Vent, 3,7 mm x 11,5 mm) y lote 63519794		
FABRICANTE Zimmer Dental, EEUU		
DISTRIBUIDOR Biomet 3i Dental Ibérica S.L.U., C/Tirso de Molina , 40 (Almeda Park, Edificio 4, Planta 2ª), 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)		
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado del lote 63519794 del implante Tapered Screw-Vent® debido a la posibilidad de que algunas tapas del vial del implante, se hayan roto inadvertidamente como resultado de una incidencia en la fabricación.		
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa		

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS


 agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo.: Mª del Carmen Abad Luna