



ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2018-271	REFERENCIA PS/SSH/45557
PRODUCTO Pilar angulado de RePlant®, nº de pieza 6050-52-60.	
FINALIDAD PREVISTA Porción que forma parte de un implante dental, que emerge en la boca y será recubierta por la corona o prótesis.	
Nº LOTE 45353, 66011 y 75850.	
FABRICANTE Implant Direct Sybron Manufacturing LLC., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Implant Direct Iberia SL., Ramirez de Arellano, 17, 1ª planta, 28043 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes 45353, 66011 y 75850 del pilar angulado de RePlant®, debido a la posibilidad de que no cumplan las especificaciones del diseño.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	

Firmado digitalmente por: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Localizador: QEAG9TBEAE

Fecha de la firma: 28/05/2018

Puede comprobar la autenticidad del documento en la aplicación Localizador de la Web de la AEMPS

CORREO ELECTRÓNICO

Página 1 de 1

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89

psvigilancia@aemps.es