



ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2018-188 | REFERENCIA PS/PPR/44537 |
| PRODUCTO Tornillo de cicatrización InterActive™, nº de catálogo 6530-15 | |
| FINALIDAD PREVISTA Estructura radicular artificial para el reemplazo de una o múltiples piezas dentales y/o la estabilización de la dentadura. | |
| Nº LOTE 98151 | |
| FABRICANTE Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU | |
| DISTRIBUIDOR Implant Direct Iberia SL, sita en calle Ramírez de Arellano nº 17 1ª planta, 28043 Madrid | |
| ASUNTO Advertencias de seguridad debido a la posibilidad de que la tapa del lote 98151 esté etiquetada con el nº de pieza 6530-12N en lugar de 6530-15. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa | |