

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2020-597	REFERENCIA PS/CGG/62912
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none"> Geistlich Bio-Oss Pen® 0.25-1mm 0.25g, modelo 30661.1 Geistlich Bio-Oss Pen® 0.25-1mm 0.5g, modelo 30662.1 Geistlich Bio-Oss Pen® 1-2mm 0.5g, modelo 30671.1 	
FINALIDAD PREVISTA Mineral de hueso natural para el relleno de defectos óseos en cirugía maxilofacial, implantología y periodoncia.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa	
FABRICANTE Geistlich Pharma AG, Suiza	
DISTRIBUIDOR INIBSA DENTAL S.L.U., Ctra. Sabadell a Granollers km 14.5, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona	
ASUNTO Cese de utilización y retirada del mercado de determinados números de lote de los productos Geistlich Bio-Oss Pen® (modelos 30661.1, 30662.1, 30671.1), debido a que un posible mal funcionamiento del émbolo de la jeringa pueda producir resistencia o una expulsión repentina de los gránulos de Geistlich Bio-Oss®, lo que podría afectar al tejido circundante.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	

