

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2021-066	REFERENCIA PS/NA/64991
PRODUCTO Implantes dentales JDEvolution Plus y JDIcon Plus. Ver referencias y tamaños de producto afectado, en el anexo 1 de la nota de aviso de a empresa.	
FINALIDAD PREVISTA JDEvolution Plus y JDIcon Plus son implantes dentales destinados a ser utilizados como anclaje protésico en casos de edentulismo o agnesia dental para reemplazar la raíz de uno o más dientes naturales faltantes.	
FABRICANTE JDentalCare Srl., Italia.	
DISTRIBUIDOR ADVANCE DENTAL PRODUCTS S.L. Calle Pompeau Fabra 81, Sant Cugat del Vallès, 08195 Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los implantes dentales JDEvolution Plus y JDIcon Plus, al haberse podido utilizar junto con componentes protésicos no originales en virtud de afirmaciones de compatibilidad incorrectas en la página web del fabricante y redes sociales, lo que podría derivar en una falta de resistencia mecánica, y por consiguiente en una posible rotura del pilar, comprometiendo la estabilidad y durabilidad del implante dental.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	

